

04.05.2023

## TEKNİK RAPOR

Müdürlüğümüze bağlı Fatsa KETEM biriminde kullanılmakta olan, dijital mamografi cihazında 15.03.2015 tarihinde cihaz da gelen arıza kodu “dedektör arızası” meydana gelmiştir. Oluşan arıza sonrasında parça hariç bakım anlaşılmamız olan Render Medikal Teknik Servis Hizmetleri firması arızaya yerinde müdahale için gelmiş, ancak yapılan müdahaleler sonucunda firmanında raporunda belirttiği üzere dedektörün değişmesi gerektiğini belirtmiştir. Dedektör maliyetinin fazla olması sebebiyle, AYFA Tıbbi Cihazlar firması tarafından da cihaz yerinde incelenmiş bu firma da Render Medikal Teknik Servis Hizmetleri firmasının raporunda belirttiği gibi dedektörün değişmesi gerektiğini belirtmiştir. Son olarak yetkili firması olan Fujifilm firması da cihaza uzaktan bağlantı kurarak gerekli incelemeler yapmış, yetkilisi olan fujifilm firması da diğer iki firma gibi dedektörün değişmesi gerektiğini raporda belirterek fiyat proforması ile birlikte tarafıma iletilmiştir.

Hakan BAFRA  
Biyomedikal Teknikeri



T.C. Sağlık Bakanlığı

## TALEP DEĞERLENDİRME FORMU

Değerlendirme/Talep Tarihi 04.05.2023 / 04.05.2023 13:30

İSTEM NUMARALARI(\*) G-P-11112370 / G-T-11112902

FORMU DÜZENLEYEN (\*\*)

Kurum Ordu İl Sağlık Müdürlüğü

Açıklama Fatsa KETEM Dedektör Alımı

Stok Yön.Açıklama

Talep Eden Klinik Adı

Talep Eden Hekim Adı Soyadı

| Sıra No | Malzemenin/İşin Adı        | MKYS Kodu              | Öçlü Birimi | Talep Miktarı | Onay Miktarı | Açıklama |
|---------|----------------------------|------------------------|-------------|---------------|--------------|----------|
| 1       | MAMOGRAFİ CİHAZI DEDEKTÖRÜ | 150-13-02-01-240064476 | Adet        | 1             | 1            |          |
|         |                            |                        |             |               |              |          |
|         |                            |                        |             |               |              |          |
|         |                            |                        |             |               |              |          |
|         |                            |                        |             |               |              |          |

**BAFRA**  
Medikal Teknoloji



Bu formun müşteri nüshasını faturanızı almadan ödeme yapmayınız. Bu formu hiçbir şekilde çoğaltılamaz.  
\*30 gün içinde teslim alınmayan cihazlardan sorumlu değildir.



# YERİNDE SERVİS FORMU

Tıbbi Cihazlar Medikal İthalat İhracat Ticaret Ltd. Şti.

FİRMA/KURUM: Fatsa Tıbbi Sağlık  
Maliyesi (KETEM)  
CİHAZIN TANIMI: Mamograf

İvedikköy Mah. 1493. Sok.  
5/9 Alpa Plaza PK 06378  
Yenimahalle/ANKARA  
Tel: 0(312) 395 18 80  
Fax: 0(312) 395 06 60  
www.ayfatibbicihazlar.com.tr  
info@ayfatibbicihazlar.com.tr



MARKA: Fuji Film  
MODEL: Amulet Innovativ  
SERİ NO:  
KÜNYE NO: 10/066.8358  
BÖLÜM: Mamograf

FORM NO  
000825

TARİH  
26.04.2023

## GİDİŞ SEBEBİ

- ☒ ARIZA  
☐ BAKIM  
☐ DEVREYE ALMA

## ONARIM TÜRÜ

- ☐ ÜCRETİ  
☐ GARANTİLİ  
☐ BAKIM ANLAŞMALI

## ONARIM ZAMANI

- ☒ MESAI DAHİLİNDE  
☐ HAFTA SONU  
☐ GECE

## YAPILAN İŞLER

Yukarıda belirtilen cihazın yapılan teknik incelemeler  
gökün almadığı ve jeneratörle haberleşmediği tespit  
edilmiştir.

Yapılan teknik incelemeler sonucunda dedektörün arızalı  
olduğu tespit edilmiştir.

## ARIZALI SİSTEMİN DURUMU DEĞİŞMESİ VEYA DEĞİŞTİRİLEN MALZEMELER

# Dedektör Arızalı #

## ÖZEL NOT

### SERVİSE GİDEN PERSONELLER

### FİRMA YETKİLİSİ

Adı Soyadı: AYFA TIBBİ CİHAZLAR  
MED. İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ.  
İvedikköy Mah. 1493. Sok. 5/9 ALPA PLAZA  
PK 06378 Yenimahalle/ANKARA  
Tel: 0312 395 18 80 Fax: 0312 395 06 60  
İvedik Vergi Dairesi - V.N: 119 093 5594

İmza:

### ULAŞIM ŞEKLİ

- ☐ SIKIYET ARACI  
☐ UÇAK  
☐ CİRAK  
☐ DİĞER

### KURUM/SERVİS/BÖLÜM/SORUMLUSU

Adı Soyadı:

İmza:



# Fujifilm Healthcare



Teklif Tarihi: 03.05.2023

Teklif No: PRF06591

Kurum Adı : ORDU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ G.B  
Alıcı Firma : ORDU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ G.B  
Alıcı Adı :  
Teklif Tarihi : 03.05.2023  
E-Mail : hsm52.satinalma@saglik.gov.tr  
Konu : MAMOGRAFİ CİHAZI FLAT PANEL DEDEKTÖRÜ HK

Sayın ,  
Talep edilen ürünler için hazırlamış olduğumuz teklifimiz ekte bilgilerinize sunulmuştur.  
Olumlu dönüşlerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

## Müşteri ONAYI

Tarih :  
Adı Soyadı :  
Görevi :  
İMZA :  
KAŞE :

## Hesap Bilgilerimiz

AKBANK - GÜNEŞLİ TİCARİ  
TR71000460078888000053843 TRY  
TR420004600788036000053845 EUR  
TR920004600788001000053844 USD







Teklif Tarihi: 03.05.2023

Teklif No: PRF06591

| S/No | Marka | Ürün                                     | Adet | Birim Fiyatı    | Toplam Fiyat    |
|------|-------|------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|
| 1    |       | FLAT PANEL DETECTOR (FPD) FOR INNOVALITY | 1    | 1.700.000,00 TL | 1.700.000,00 TL |

Toplam: 1.700.000,00 TL  
Toplam İskonto: 595.000,00 TL  
Toplam İskonto Oranı: 35,00%  
Net Toplam: 1.105.000,00 TL  
#Yalnız BİRMİLYÜZBEŞİN TL #

## AÇIKLAMA

- 1-) Arızalı dedektörün tarafımızca alınması durumunda geçerli olan fiyat teklifidir. Özel iskonto uygulanmıştır.
- 2-) Mamografi cihazının fiyatı 150.000 usd ile 200.000 usd arasında opsiyonlarına göre fiyatı değişmektedir.
- 3-) Dedektör satışı sonrası , bahse konu olan dedektörün garanti süresi 1 yıl olacaktır.
- 4-) Kurum dedektör satın alması sonrası bakım anlaşması yapmak ister ise; dedektör satın almasından 3 ay içerisinde tüp dahil tüm parçalar dahil bakım anlaşması paketini 100.000 tl olarak anlaşma yapabilir.

## KOŞULLAR

1. KDV Oranı : Fiyatlara % 18 KDV oranı dahil değildir.
2. Ödeme Şekli : Peşin
3. Teslim süresi : 2 ay. ;Onay sonrası yurtdışı siparişi gerçekleşecektir.
4. Teslim yeri : Müşteri adresidir.
5. Teklif geçerliliği : 10 gündür.
7. Teklif kapsamında Fatsa Ketem Ketem Flat Panel Dedektör Değişimi sağlanacaktır ve Eski Dedektör tarafımızdan geri alınacaktır.





| GENEL BİLGİLER                   |                                                      |                                      |                                                                         |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| KURUM ADI                        | ORDU FATSA KETEM                                     | BİLDİRİM TARİHİ                      | 3.05.2023 10:28:00                                                      |
| İLGİLİ                           |                                                      | TEKNİK UZMAN                         | SÜLEYMAN YUKTAŞ                                                         |
| ADRES / TEL                      | FATSA İlçe sağlık Müd.                               | SERVİS KODU                          | 20231377 / 20231377                                                     |
| CİHAZ / MODEL                    | INNOVALITY S                                         | ELEKTRİK                             | <input checked="" type="checkbox"/> UPS <input type="checkbox"/> ŞEBEKE |
| SERİ NO.                         | 56620432                                             | VOLTAJ / TOPRAK                      | 220 / 1,2                                                               |
| TOPLAM TUTAR                     | 0 TL                                                 |                                      |                                                                         |
| <input type="checkbox"/> GARANTİ | <input checked="" type="checkbox"/> BAKIM SÖZLEŞMELİ | <input type="checkbox"/> SAAT ÜCRETİ | <input type="checkbox"/> TAŞIMA                                         |
|                                  | <input type="checkbox"/> KURULUM / YER DEĞİŞTİRME    | <input type="checkbox"/> DEMO        |                                                                         |

| KULLANILACAK / DEĞİŞTİRİLECEK PARÇALAR |          |        |              |      |        |         |     |
|----------------------------------------|----------|--------|--------------|------|--------|---------|-----|
| PARÇA NO                               | SERİ NO. | TANIMI | BİRİM FİYATI | ADET | TOPLAM | İSKONTO | NET |
|                                        |          |        |              |      |        |         |     |
| FATURA ALTI İSKONTO                    |          |        |              |      |        |         | 0   |
| TOPLAM PARÇA TUTARI (KDV HARİÇ)        |          |        |              |      |        |         | 0   |

| ARIZA RAPORU       |                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CİHAZIN İLK DURUMU | Periyodik Bakım işlemi                                                                                                                                                                                                     |
| HATA KODU          |                                                                                                                                                                                                                            |
| YAPILAN ÇALIŞMA    | CİHAZA UZAKTAN YAPILAN KONTROLLERDE CİHAZIN DEDEKTÖRÜNDE NOKTASAL BOZUKLUKLAR TESPİT EDİLMİŞTİR. İLERLEYEN DÖNEMLERDE BU NOKTASAL BOZUKLUKLAR BÜYÜYEREK DAHA BELİRGİN HALE GELECEKTİR. DEDEKTÖRÜN DEĞİŞMESİ GEREKMEKTEDİR. |

| İŞÇİLİK        | SAAT ÜCRETİ (TL)   | TUTAR (TL)                        |
|----------------|--------------------|-----------------------------------|
| BAŞLAMA TARİHİ | 3.05.2023 10:28:00 | 0 SAAT X 0                        |
| BITİŞ TARİHİ   | 3.05.2023 16:28:00 | ULAŞIM GİDERLERİ                  |
|                |                    | KONAKLAMA GİDERLERİ               |
|                |                    | İNDİRİM                           |
|                |                    | TOPLAM İŞÇİLİK TUTARI (KDV HARİÇ) |

|                                          |                                                   |                                             |                                                      |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ARIZA GİDERİLDİ | <input type="checkbox"/> DEVAM EDİLECEK           | <input type="checkbox"/> DENEMEYE BIRAKILDI | <input type="checkbox"/> TELEFONLA / UZAKTAN ÇÖZÜLDÜ |
|                                          | <input checked="" type="checkbox"/> BAKIM YAPILDI | <input type="checkbox"/> KURULUM YAPILDI    |                                                      |

| ONAYLAYAN |     |               |  |
|-----------|-----|---------------|--|
| ADISOYADI | NOT | FATURA TARİHİ |  |
| GÖREVİ    |     | FATURA NO     |  |
| İMZA      |     |               |  |

FUJIFILM DışTicaret A.Ş.  
 Mahmutbey Mahallesi, TaşocağıYolu Caddesi No: 9 Bağcılar 34218 İstanbul  
 Tel: 0 212 709 92 00 Faks: 0 212 698 99 70  
 www.fujifilm.com.tr

\* Teknik servis süresi 20 iş günüdür.  
 \* 90 iş gününde teslim alınmayan ürünlerden firmamız sorumlu değildir.  
 \* Denemeye bırakılan cihazların deneme süresi 3 iş günüdür.

E-posta adresleri: grafikservis@fujifilm.com.tr - medikalservis@fujifilm.com.tr - fotoservis@fujifilm.com.tr